

ZP.26.36.Odp.1/23

**DOTYCZY: Zapytanie ofertowe dostawę Autorefraktometru z tonometrem i pachymetrem.**

**Treść pytania nr 1: Dotyczące §6 pkt 4 Umowy:**

Czy podpisanie protokołu z przeszkolenia pracowników oznacza, że przeszkolenie było należyte?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Protokół z przeprowadzenia szkolenia jest dowodem na fakt jego przeprowadzenia.**

**Treść pytania nr 2: Dotyczące §6 pkt 5 Umowy:**

Czy zamawiający zgadza się na następujące brzmienie pkt 5:

„W razie wystąpienia usterki Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie na numer 32 64 492 42 lub e-maila [serwis@optopol.com.pl](mailto:serwis@optopol.com.pl) w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie §6 pkt 5 Umowy:**

„W razie wystąpienia usterki Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie na numer ..... lub e-maila..... w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00.”

**Treść pytania nr 3: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pomiarze cylindra w zakresie od 0 – 12 D ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę.**

**W załączeniu zmieniony projekt umowy.**

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Paweł Pikuł, MBA

.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej